Alcon

KULLANMA TALİMATI

BU KULLANMA TALİMATI ÖNEMLİ ÜRÜN KULLANIM VE GÜVENLİLİK BİLGİSİ İÇERİR. LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE DAHA SONRA BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ. KONTAKT LENSLERİN UYGUNLUĞU DAİMA GÖZ HEKİMİ TARAFINDAN BELİRLENMELİDİR. KONTAKT LENSLERİNİZİ DÜZGÜN KULLANMAK İÇİN GÖZ HEKİMİNİZİN TALİMATLARINA VE AMBALAJDAKİ KULLANMA TALİMATINA UYMANIZ ÖNEMLİDİR.

ÜRÜN TANIMI

Küresel, Düzeltici Olmayan Lensler:

- FRESHLOOK* COLORS (femfilkon A) yumuşak kontakt lensleri
- FRESHLOOK* COLORBLENDS* (femfilkon A) yumuşak kontakt lensleri
- FRESHLOOK* DIMENSIONS (femfilkon A) yumuşak kontakt lensleri

ÜRÜN TANIMI

FRESHLOOK* yumuşak kontakt lensleri %45 oranında femfilkon A (bir hidrofilik kopolimer 2-hidroksietil metakrilat (HEMA)) ve 2-etoksietil metakrilat (EOEMA) içerir. Kontakt lensler ağırlıkça %55 su içeriğine sahiptir. Lensler izotonik borat tamponlu serum fizyolojik içeren tekli blisterlerde ambalajlanmıştır. Serum fizyolojik %0.005 Poloksamer içerir.

FRESHLOOK* UV kontakt lensleri, ultraviyole (UV) ışığı absorbe edebilmesi için matriks polimeri içinde özel bir UV-absorbe edici monomer içerir.

FRESHLOOK* COLORS ve FRESHLOOK* COLORBLENDS* kontakt lenslerinde ABD FDA onaylı aşağıdaki pigmentleri (tek ya da birleşim halinde) içeren bir ara kaplama ile baskı yapılmıştır: karbazol menekşesi, krom oksit, demir oksitler, [ftalosiyaninato(2-)]bakır, ftalosiyanin yeşili, titanyum dioksit, FRESHLOOK* COLORS renkleri Mavi, Yeşil, Ela, Bulanık Gri, Safir Mavisi ve Menekşedir. FRESHLOOK* COLORBLENDS* renkleri Ametist, Mavi, Kahverengi, Gri, Yeşil, Bal, Ela, Gerçek Safir, Turkuaz, Vahşi Yeşil, Parlak Mavi ve Som Gridir.

FRESHLOOK* DIMENSIONS yumuşak kontakt lensleri, yeşil ile renklendirilmiş lens materyali polimer ile üretilmiş ve ABD FDA onaylı aşağıdaki pigmentleri içeren bir ara kaplama ile baskı yapılmıştır: karbazol menekşesi, krom oksit, demir oksitler, titanyum dioksit, [ftalosiyaninato(2-)]bakır, ftalosiyanin yeşili. FRESHLOOK* DIMENSIONS renkleri Karayip Suyu, Pasifik Mavisi ve Deniz Yeşilidir.

Mevcut Lens Parametreleri:

Çap:	14,5 mm
Temel eğri:	Medyan
Güç aralığı:	-0.00 D
Optik alan çapı:	7,0 – 8,0 mm

Lensin Fiziksel Özellikleri:

- Refraktif İndeks: 1,41
- Işık Geçirgenliği: 600 nm'de minimum %95
- Oksijen Geçirgenliği (Dk): $16{,}1 \times 10^{-11}$ (cm^2/sn) (ml O_2 /ml x mm Hg), 35°C'de ölçülür (Fatt Yöntemi)
- Su içeriği: %55
- UV Geçirgenliği: 300 nm'de <%10 T

ETKİLER (Etki Mekanizması)

Renk baskısı içeren ve kırma gücü olmayan FRESHLOOK* (femfilkon A) kontakt lensleri, hidrate edilip kornea üzerine yerleştirildiklerinde, gözün doğal rengi ile karışarak göz rengini vurgular veya değiştirir.

KULLANIM AMACI

FRESHLOOK* (femfilkon A) yumuşak kontakt lensler (düzeltici olmayan), gözleri sağlıklı olan ve göz rengini vurgulamak ya da değiştirmek isteyen kişilerde göz üzerinde kullanım içindir; uygunluk belirleme işlemi göz hekimi tarafından yapılır. Lensler günlük kullanım içindir (uyanıkken 24 saatten az).

Lens Tasarımına Özgü Kullanım Amacı

Lens tasarımı	Kullanım Amacı – Göz üzerinde görme düzeltmesi ve renk vurgulama
Düzeltici güce sahip olmayan, renk baskılı küresel lensler	Göz renginin vurgulanması veya değiştirilmesi

HASTA HEDEF GRUPLARI

FRESHLOOK* (femfilkon A) yumuşak kontakt lensleri (düzeltici olmayan) için amaçlanan hasta popülasyonu, gözleri hastalıksız olan, ürünün gerektiği şekilde uygun olduğunun belirlendiği ve takma, bakım ve güvenlik kullanma talimatlarını anlama ve bunlara uyma kapasitesine sahip olan (veya onun adına hareket edebilecek bir bakımvereni olan) kişileri içermektedir. Lensler, göz rengini vurgulamak veya değiştirmek isteyen kişiler için bir baskı paterni içermektedir. Bunlar yaygın olarak erişkinler, genç erişkinler ve ergenler tarafından kullanılmaktadır. Çocuklar kontakt lenslerini kalifiye bir göz hekiminin gözetimi altında ve ebeveynlerinin denetimi ile takabilirler.

ENDİKASYONLAR (KULLANIM)

Renk vurgulama veya değiştirme

Düzeltici güce sahip olmayan FRESHLOOK* COLORS, FRESHLOOK* COLORBLENDS* ve FRESHLOOK* DIMENSIONS (femfilkon A) kontakt lensleri, göz rengini vurgulayıcı veya değiştirici etki gösterir.

Kullanma Programı

FRESHLOOK* (femfilkon A) kontakt lensleri göz hekimi önerisi uyarınca günlük olarak (uyanıkken 24 saatten az) bir ya da iki göze takılabilir. Kullanma süresi önerilen maksimum süreye ulaşılıncaya kadar kademeli olarak artırılabilir.

Değiştirme Programı

Genel olarak, FRESHLOOK* (femfilkon A) kontakt lensleri aylık olarak değiştirilir. Her kullanıcı için değiştirme süresi göz hekimi tarafından belirlenmelidir ve bir aylık maksimum süreden daha kısa olabilir.

KONTRENDİKASYONLAR (Kullanılmama nedenleri)

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu olduğunda femfilkon A kontakt lensleri kullanmayınız:

- Göz çevresi ya da göz kapağında alerji, enflamasyon, enfeksiyon ya da irritasyon
- Yetersiz gözyaşı filmi (kuru göz)
- Korneal hipoestezi (korneal duyarlılık azalması)
- Kontakt lens kullanımı ile etkileşen herhangi bir sistemik veya topikal ilacın (göz ilaçları dahil) kullanımı
- Güvenli kontakt lens kullanımı, uygulaması ve/veya bakımı ile alevlenebilecek ya da etkileşebilecek herhangi bir sistemik hastalık
- Gözde kızarma ya da irritasyon olması

UYARILAR

- Günlük kullanılan lensler geceleri kullanım için endike değildir. Femfilkon A lensleri uyurken kullanılmamalıdır.
- Kontakt lensler, kozmetik nedenlerle kullanılsalar bile yalnızca bir göz hekiminin yönlendirmesi ve gözetimi altında kullanılmalıdır.
- Korneal ülserler (ülseratif keratitis) gibi ciddi göz sorunları hızla gelişebilir ve görme kaybına yol açabilir.
- Kontakt lens kullanımı göz enfeksiyonu riskini artırır. Lenslerle uyuma ve/veya sigara dumanı kontakt lens kullanıcılarında ülseratif keratitis gelişme riskini daha da artırır. (Cutter, 1996; Schein, 1989).
- Hastaya gözde rahatsızlık, yabancı cisim hissi, aşırı gözyaşı, görme değişiklikleri ya da gözde kızarma ortaya çıkarsa hemen lensleri çıkarması ve derhal göz hekimi ile iletişime geçmesi söylenmelidir.
- Kontakt lenslerle ve lens bakım ürünleri ile sorunlar gözde ciddi hasara yol açabilir. Göz hekiminin ve ilgili lensin ve lens bakım ürünlerinin kullanma talimatı önerilerinin izlenmesi önemlidir.
- Steril olmayan sıvılar (örn. musluk suyu, distile su, evde yapılmış tuzlu su çözeltisi ya da tükürük) lens bakım sürecinin herhangi bir bileşeni yerine kullanılmamalıdır. Musluk suyu ve distile su kullanımı, tedaviye ve iyileşmeye dirençli bir kornea enfeksiyonu olan Acanthamoeba keratitis ile ilişkili bulunmuştur.

Genel Acil Durumlar:

Her çeşit kimyasal madde (ev temizlik ürünleri, bahçe çözeltileri, laboratuvar kimyasalları vb.) göze sıçradığında:

- Taze tuzlu su çözeltisi ya da musluk suyu ile iyice yıkayınız.
- Lensleri çıkarıp atınız ve derhal göz hekiminizle iletişime geçiniz ya da gecikmeden bir hastanenin acil servisine başvurunuz.

HATIRLANMASI GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

Göz hekimi için Özel Önlemler:

- Göz hekimi, uygun lens tasarımını ve parametrelerini seçerken, lensin lens performansını ve göz sağlığını etkileyebilen temel özelliklerini (oksijen geçirgenliği, merkezi ve periferik kalınlık ve optik alan çapı gibi) dikkate almalıdır.
- Uygunluğu belirlemek ve tanı için kullanılan deneme lensleri tek kullanımdan sonra atılmalı ve başka bir hastada tekrar kullanılmamalıdır.
- Hastanın göz sağlığı ve lensin gözdeki performansı lensi öneren göz hekimi tarafından ilk kullanımda dikkatlice değerlendirilmeli ve düzenli izlenmelidir.
- Sarı bir boya olan floresein lensler gözdeyken kullanılmamalıdır. Lens bu boyayı emer ve rengi değişir.
- Kozmetik olarak renklendirilmiş ya da baskılı kontakt lensler düşük ışıklı ortamda görmeyi azaltabilir.
- Diyabet hastalarında korneal duyarlılık azalabilir; bu nedenle kornea hasarına yatkınlık oluşur ve diyabeti olmayan hastalardaki kadar hızlı ya da tamamen iyileşmez.
- Gebelik ya da oral kontraseptif kullanımı sırasında görme değişiklikleri ya da lens toleransında değişiklik ortaya çıkabilir. Hastalar buna uygun şekilde uyarılmalıdır.
- Göz hekimleri gözde kızarma ya da irritasyon gelişirse hemen lensleri çıkarmaları konusunda hastaları uyarmalıdır.
- Göz hekimi muayenehanesinden ayrılmadan önce hastalar lensi gereken zamanda çıkarabilir hale gelmelidir ya da lensi çıkarabilecek bir kişiye sahip olmalıdır.
- Hastanın gözlerinin sağlığının korunmasına yardımcı olması için rutin göz muayeneleri gereklidir. Alcon hastalara göz hekimi tarafından önerildiği şekilde en az yılda bir kez ya da daha sık göz hekimine gitmelerini önermektedir.

Lens Kullanma Önlemleri:

- İyi göründüklerinden, rahat hissettiklerinden ve görmenizin net olduğundan emin olmak için gözlerinizi her gün kontrol ediniz.
- Blister ambalaj hasarlıysa ya da tam olarak mühürlü değilse kullanmayınız. Böyle durumlarda ürünü kullanmak, ciddi göz enfeksiyonuna yol açabilen ürün kontaminasyonuna neden olabilir.
- Blister ambalaj lensin kullanılacağı zamandan önce yanlışlıkla açıldığı takdirde, lens temiz bir lens kabında saklanmalıdır. Lens bakım ürünlerinin hepsi aynı değildir; bu nedenle, lensi saklamak, temizlemek ve takmadan önce dezenfekte etmek için üreticinin talimatlarına uyunuz.
- Bu ürün, ürünün etiketteki talimata uygun şekilde kullanılması halinde güvenli olan borik asit/sodyum borat bileşenleri içermektedir.
- Gözlerinizin sağlığının ve güvenliğinin korunması açısından lens kullanma programı bir göz hekimi tarafından belirlenmelidir. Femfilkon A yumuşak kontakt lenslerini uyurken takmayınız.
- Lenslerinizi kimseyle paylaşmayınız; bunu yapmanız ciddi göz sağlığı sorunlarına yol açabilecek mikroorganizmaların yayılmasına neden olabilir.
- Kontakt lenslerin steril olmayan sıvılarla (musluk suyu ve tükürük dahil) temasına asla izin vermeyiniz; kalıcı göz hasarına yol açabilen mikrobiyal kontaminasyona neden olabilir.
- Yüzme ve diğer su ile ilgili aktiviteler dahil spor aktivitelerinde lens kullanmadan önce göz hekimine danışınız. Kontakt lensler takılıyken yüzme, su kayağı ve sıcak su havuzları gibi aktivitelerde suya (veya steril olmayan diğer sıvılara) maruz kalınması göz enfeksiyonu (Acanthamoeba keratitis dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) riskini artırabilir.
- Zararlı ya da irritan dumana maruz kaldığınızda lensleri çıkarıp atınız.
- Kurumuş ya da hasarlı kontakt lensleri atınız. Yerine yeni lensler kullanınız.
- Kontakt lens kullanıcılarının en az yılda bir kez veya önerildiği şekilde göz hekimine gitmeleri önerilir.
- Özellikle işiniz göz koruyucu ekipman kullanımı gerektiriyorsa işvereninizi kontakt lens kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.
- Sabun, losyon, krem, kozmetik, deodorant ya da sprey kullanırken dikkatli olunuz; lenslerinizle temas halinde irritasyona neden olabilir.
- Lensleri makyaj yapmadan önce yerleştirip makyajı temizlemeden önce çıkarınız.
- Son kullanma tarihinden sonra lensleri kullanmayınız.
- Kozmetik olarak renklendirilmiş ya da baskılı kontakt lensler düşük ışıklı ortamda görmeyi azaltabilir.
- Femfilkon A renkli kontakt lensleri, metal bazlı bir boyar madde olan demir oksit içerir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR veya MR taraması olarak da adlandırılmaktadır) yapılmadan önce lensler çıkarılmalıdır.

ADVERS ETKİLER (Olası sorunlar ve yapılması gerekenler)

Kontakt lens kullanımı sırasında sorunlar ortaya çıkabilir ve başlangıçta aşağıdaki belirti ve semptomlardan biri ya da birkaçı ile kendini gösterebilir:

- Yabancı cisim hissi (göz içinde bir şey olduğu hissi)
- Rahatsız lensler
- Göz kızarması
- Fotofobi (ışığa duyarlılık)
- Gözde yanma, batma, kaşınma ya da sulanma
- Görme keskinliğinde azalma
- Işıkların çevresinde gökkuşağı ya da halkalar
- Göz salgılarında artış
- Rahatsızlık ya da ağrı
- Şiddetli ya da sürekli göz kuruluğu

Bu semptomlar dikkate alınmazsa ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

BİR SORUN ORTAYA ÇIKARSA NELER YAPILMALIDIR?

- Yukarıdaki belirti ya da semptomlardan herhangi biri oraya çıkarsa:
  - Hemen lens (ler)i çıkarınız.
    - Belirtiler ya da semptomlar ortadan kalkarsa, lens (ler)e yakından bakınız.
      - Lenslerde herhangi bir hasar görürseniz tekrar gözünüze takmayınız. Yeni lens kullanınız ya da göz hekiminize danışınız.
      - Lens üzerinde kir, kirpik ya da yabancı cisim görürseniz ya da sorun geçtiyse ve lens hasarsızsa, yeniden kullanmadan önce lensi iyice yıkayıp durulayınız ve dezenfekte ediniz.
    - Belirtiler ve semptomlar lensi çıkardıktan sonra devam eder ya da tekrar taktıktan sonra tekrarlarsa hemen lensleri çıkarıp derhal göz hekiminizle iletişime geçiniz.
  - Enfeksiyon, korneal ülser (ülseratif keratitis) ya da iritis gibi ciddi bir durum söz konusu olabilir.
    - Bu durumlar hızla ilerleyebilir ve kalıcı görme kaybına yol açabilir.

91024463-1020

- Aşınma, epiteliyal boyanma ve bakteriyel konjunktivit gibi daha az ciddi durumlarda komplikasyonların önlenmesi için erken yönetim ve tedavi uygulanmalıdır.

- Zaman zaman görülen kuruluk birkaç kez tam göz kırpılması ya da yumuşak kontakt lenslerle kullanılmak üzere onaylanmış kontakt lens ıslatma damlaları ile geçirilebilir. Sürekli kuruluk olursa göz hekiminize danışınız.
- Lens yapıştığı (hareket etmeyi durdurduğu) takdirde, kontakt lens ıslatma çözeltisinden birkaç damla uygulayınız ve lensi çıkarmadan önce lensin göz içinde serbest hareket etmeye başlamasına kadar bekleyiniz. Bu sorun devam ederse göz hekiminize danışınız.
- Lens merkezden kaymışsa tekrar merkezine yerleştirmek mümkün olabilir:
  - Göz kapaklarınızı kapatıp nazikçe masaj yapmak; veya
  - Lensin yönüne bakmak ve yavaşça göz kırpmak; veya
  - Alt ya da üst göz kapağı kenarından parmakla hafifçe bastırarak, merkezden kaymış lensi kornea üzerine nazikçe itmek.
- Lens gözünüzde yırtılırsa, lens parçalarını normal lensi çıkardığınız şekilde tutarak dikkatlice çıkarınız. Lens parçaları kolayca çıkmıyorsa göz dokusunu sıkıştırmayınız. Tuzlu su ile durulayınız. Bu işlem işe yaramazsa yardım için göz hekiminiz ile iletişime geçiniz.

KULLANMA YÖNERGELERİ

ÖNERİLEN KULLANMA VE DEĞİŞTİRME PROGRAMI

Kullanma ve değiştirme programı bir göz hekimi tarafından hastanın kişisel ihtiyaçları ve fizyolojik koşulları temelinde belirlenmelidir. Lensler yalnızca günlük kullanım için onaylanmıştır ve her ay ya da göz hekimi tarafından önerildiği gibi daha sık olarak atılmalı ve yeni bir çift lens ile değiştirilmelidir. Lensler kimyasal (ısı ile değil) dezenfeksiyon sistemi ile dezenfekte edilmelidir.

GÜNLÜK KULLANIM –uyanıkken 24 saatten az. Kullanma süresi önerilen maksimum süreye ulaşılıncaya kadar kademeli olarak artırılabilir.

Lensler uyumadan önce çıkarılmalıdır.

LENS BAKIMI İÇİN TEMEL YÖNERGELER

Her bir kontakt lens borat tamponlu tuzlu su içeren mühürlü blister ambalajda steril halde bulunur. Lense dokunmadan önce eller iyice yıkanıp, durulanıp, tüysüz bir havlu ile kurulanır. Steriliteyi sağlamak için blister ambalaj kullanımdan hemen önce açılmalıdır. Uygunluğu belirlemek ve tanı için kullanılan deneme lensleri tek kullanımdan sonra atılmalı ve başka bir hastada tekrar kullanılmamalıdır.

- Değiştirme zamanı öncesinde, her lens tekrar kullanılmadan önce gözden çıkarılıp uygun biçimde temizlenmeli, durulanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Temizleme lens yüzeyinin mukus, film ve kontaminasyondan arındırmak için gereklidir. Durulama temizleyici kalıntıları ve doku artıklarını uzaklaştırır. Dezenfeksiyon kalan mikroorganizmaların yok edilmesi için gereklidir.
  - Göz hekimi uygun bir lens bakım sistemi önermeli ve nasıl kullanılacağını söylemelidir. Dezenfeksiyon için uygun yöntemler, çok amaçlı veya hidrojen peroksit dezenfeksiyon çözeltilerini içermektedir. Kullanılan lens bakım ürünleri için daima üreticinin vermiş olduğu talimata uyulmalıdır.
  - Lens bakım ürünlerinin farklı kullanımları ve talimatları vardır. Göz sorunlarından ya da lens hasarından kaçınmak için daima üreticinin kullanılan ürün (ler) ile ilgili talimatını okuyunuz ve dikkatlice uygulayınız.
  - Birçok lens bakım ürünü bir ovalama ve bir durulama adımı içerir. Bu durumda, ciddi göz enfeksiyonu riskini önlemek için çözelti miktarı, ovalama ve durulama süreleri için bakım ürünü üreticinin talimatını izleyiniz.
- Lenslerinizi Islatma ve Saklama:
  - Lenslerinizi ıslatacağınız (saklayacağınız) her durumda yalnızca taze ve son kullanma tarihi geçmemiş kontakt lens bakım çözeltisi kullanınız.
  - Temizleme, durulama ve dezenfeksiyon adımlarının tekrarlanması öncesinde lensleri saklama süreniz kullandığınız lens bakım ürününe göre değişecektir.
  - Lens kabınızdaki çözeltiyi tekrar kullanmayınız ya da 'tamamlayarak' kullanmayınız; bu etkili lens dezenfeksiyonunu azaltabilir ve şiddetli enfeksiyona, görme kaybına ya da körlüğe yol açabilir. 'Tamamlamak' lens kabınızdaki çözeltinin üzerine taze çözelti eklenmesi anlamına gelir.

LENS KULLANMA TALİMATI

- Kontakt lenslere dokunmadan önce daima ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve tüysüz bir havlu ile kurulayınız.
- Açmadan önce blister ambalajı (yeni lens içeren) hafifçe çalkalayınız.
- Avucunuza dikkatlice akıtarak lensi blister ambalajından (ya da daha önce kullandığınız lensler için lens saklama kabından) çıkarınız.
- Lensin tarafının doğru olduğundan emin olunuz ve her göz için doğru lensi kullanınız.
- Yerleştirmeden önce lensleri kontrol ediniz.
- Yalnızca temiz ve hasarsız görünen lensleri takınız.

LENS YERLEŞTİRME TALİMATI

- Lense dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve tüysüz bir havlu ile kurulayınız.
- Temiz ve kuru sağ veya sol işaret parmağınızın ucuna bir lensi yerleştiriniz. Aynı elinizin orta parmağını alt kirpiklerin yakınına yerleştirip alt göz kapağınızı aşağıya çekiniz.
- Diğer elinizin parmaklarını kullanarak üst göz kapağınızı kaldırınız.
- Lensi doğrudan gözün (kornea) üzerine yerleştirerek parmağınızı nazikçe lensten çekiniz.
- Aşağı bakarak alt göz kapağınızı yavaşça bırakınız.
- Tam karşıya bakarak üst göz kapağınızı yavaşça bırakınız.
- Yumuşak biçimde göz kırpınız.

LENS ÇIKARMA TALİMATI

- Ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve tüysüz bir havlu ile kurulayınız.
- Birkaç kez tam göz kırpınız.
- Yukarı bakarken parmağınızın ucu ile lensi gözün beyaz kısmı üzerine doğru kaydırınız.
- Lensi başparmağınız ve işaret parmağınız arasında yavaşça sıkıştırarak çıkarınız. Göz dokusunu sıkıştırmayınız.
- Lensin çıkması güç oluyorsa, kayganlaştırıcı ve ıslatıcı damla damlatınız ve birkaç dakika sonra tekrar deneyiniz.
- Lens kabından ya da gözünüzden lensi çıkarmak için asla cımbız, vakum, keskin nesne ya da tırnağınızı kullanmayınız.

Lensin çıkarılması (lensin merkezinden kayması ya da hasar görmesi) ile ilgili sorun yaşarsanız, Bkz. yukarıda ADVERS ETKİLER bölümünde BİR SORUN ORTAYA ÇIKARSA NELER YAPILMALIDIR?

LENS KABI İLE İLGİLİ TEMEL YÖNERGELER

Kontakt lens bakım çözeltileri ve kontakt lens kapları değişiktir ve farklı amaç ve kullanım talimatlarına sahiptir. Bazıları yalnızca kontakt lens saklanmasını (bazen lens düz ambalajı ya da lens saklama kabı olarak adlandırılır) amaçlarken, diğerleri özellikle hidrojen peroksit temizliği ve dezenfeksiyon sistemi ile kullanılmak üzere bir nötralizasyon diski içerecek şekilde tasarlanmıştır. Günlük kullanılmayan lensler temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş olarak kapalı bir lens kabında bir süre saklanabilir; saklanma süresi kullanılan kontakt lens çözeltisi ve lense bağlıdır. Kullanılan bakım ürünleri için daima üreticinin talimatını uygulayınız.

- Göz hekimleri önerilen lens bakım çözeltisi ve lens kabının nasıl kullanılacağını hastaya söylemelidir.
- Kontakt lens kapları bakterilerin üremesi için bir kaynak olabilir; kontaminasyon ve lens hasarından kaçınmak için uygun temizlik, kurulama ve yenileme gerektirir:
  - Kontakt lens kaplarını uygun kontakt lens çözeltisi ile temizleyip, lens kabı yönergesi doğrultusunda kurutunuz. Havada kurutma ya da tüysüz bir havlu ile kurulama gibi kurutma talimatları kullanılan lens kabına göre değişebilir.
  - Kontakt lens kaplarını en az 3 ayda bir ya da lens kabı üreticisinin önerisi doğrultusunda yenileyiniz.
  - Nötralize edici disk taşıyacak biçimde tasarlanmış lens kaplarını üreticinin talimatı doğrultusunda ya da temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş lensler yanına ve batmaya neden olursa daha erken yenileyiniz.
  - Su ya da herhangi bir steril olmayan çözelti ile lenslerinizi saklamayınız ya da lens kabını durulamayınız. Lenslerinizin ve lens kabının kontaminasyonundan kaçınmak için yalnızca taze lens bakım çözeltisi kullanınız. Steril olmayan çözeltilerin kullanımı şiddetli enfeksiyon, görme kaybı ya da körlüğe yol açabilir.

TAKDİM ŞEKLİ

Her bir lens, borat tamponlu tuzlu su (borik asit/soryum borat) içeren, folyo ile mühürlenmiş plastik blister ambalaja konarak ambalajlanmakta ve buharla sterilize edilmektedir. Tuzlu su %0.005 Poloksamer içerir. Ambalajda taban eğrisi, çapı, dioptrik gücü, lens baskı paterni/rengi, üretim seri numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yer alır.

Lensler, tek tek mühürlenmiş en fazla 6 kontakt lens içeren karton kutularda steril olarak sunulmaktadır.

REFERANSLAR

Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *The New England Journal of Medicine*. 1989; 321 (12): 773-783.

AMBALAJDA KULLANILABİLECEK KISALTMALAR VE SEMBOLLER

KISALTMALAR / SEMBOLLER	TANIMLAR
BC	Taban eğrisi
DIA	Çap
PWR	Güç
D	Dioptri (lens gücü)
L	Sol
R	Sağ
UV	Lensler ultraviyole (UV) ışığını emen kromoforlar içerir
CMR	Borik asit/sodyum borat içerir
	Ambalaj atık lisans belgesi
LOT	Seri kodu
	… tarihine kadar kullanınız
EXP	Son kullanma tarihi (… tarihine kadar kullanınız)
STERILE	Buharla sterilize edilmiş
CE	Avrupa uygunluk işareti
en	İki harfli dil kodu (Gösterilen örnek: İngilizce)
	Dikkat
	Kullanma talimatına bakınız
	Blister ambalaj hasarlıysa kullanmayınız
	Üretici
	Üretim tarihi
MD	Tıbbi cihaz
EC REP	Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi
Rx only	Dikkat: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece lisanslı bir göz hekimine veya onun siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır.
	Lensleri tuvalete veya lavaboya atmayın

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX
76134-2099, ABD

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belçika

İthalatçı Firma: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.

Kavacık Ticaret Merkezi, Kavak Sok.18 34805 Kavacık, Istanbul,Türkiye

Yayın tarihi: 10/2020

© 2020 Alcon Inc.

91024463